

インスリンポンプまたは持続グルコース測定器 を装着中の方へ

インスリンポンプまたは持続グルコース測定器（持続血糖モニター）は、磁気の影響により機能障害や誤作動が生じる可能性があります。放射線検査（単純 X 線、CT）を実施する際には取り外していただく必要がありますので、事前にお知らせください。

- 対象となる機器については、スタッフにご確認ください。
- 機器を取り外すことが出来ない場合には、検査を延期もしくは中止させていただくことがあります。
- 緊急に検査が必要な場合には、医師の判断で機器の取り外しをさせていただくことがあります。
- 機器の取り外しは、原則患者さんもしくは付き添いのご家族にお願いしております。

※取り外しが難しい場合には、スタッフにお知らせください。